



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР**

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА  
ИЗМЕРЕНИЙ**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ  
ЭТАЛОН И ОБЩЕСОЮЗНАЯ  
ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ  
ИЗМЕРЕНИЙ АБСОЛЮТНОГО  
ДАВЛЕНИЯ В ДИАПАЗОНЕ  
 $2,7 \cdot 10^2 \div 4000 \cdot 10^2$  Па**

**ГОСТ 8.223-76**

**Издание официальное**



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ  
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР**

**Москва**

Цена 3 коп.

**GOST  
СТАНДАРТЫ**

ГОСТ 8.223-76, Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная ...  
State system for ensuring the uniformity of measurements. State special standard and all-union verification for means measuring absolute pressure within the ra

**РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским институтом метрологии им. Д. И. Менделеева (ВНИИМ)**

Директор Ю. В. Тарбеев

Руководитель темы Г. И. Полухин

Исполнители: Г. И. Полухин, В. А. Цвелик

**ВНЕСЕН Управлением метрологии Госстандарта СССР**

Начальник Управления В. И. Кипаренко

**ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Всесоюзным научно-исследовательским институтом метрологической службы Госстандарта СССР (ВНИИМС)**

Директор В. В. Сычев

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 6 декабря 1976 г. № 2704**

Государственная система обеспечения единства  
измерений

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭТАЛОН  
И ОБЩЕСОЮЗНАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ  
СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ АБСОЛЮТНОГО  
ДАВЛЕНИЯ В ДИАПАЗОНЕ  $2,7 \cdot 10^2 \div 4000 \cdot 10^2$  Па**

**ГОСТ  
8.223—76**

State system for ensuring the uniformity of  
measurements. State special standard and  
all-union verification for means measuring  
absolute pressure within the range of  
 $2,7 \cdot 10^2 \div 4000 \cdot 10^2$  Pa

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров  
СССР от 6 декабря 1976 г. № 2704 срок введения установлен

с 01.01. 1978 г.

Настоящий стандарт распространяется на государственный специальный эталон и общесоюзную поверочную схему для средств измерений абсолютного давления в диапазоне  $2,7 \cdot 10^2 \div 4000 \cdot 10^2$  Па и устанавливает назначение государственного специального эталона единицы давления для абсолютных давлений (включая атмосферное) в диапазоне  $2,7 \cdot 10^2 \div 1300 \cdot 10^2$  Па — паскаля (Па), комплекс основных средств измерений, входящих в его состав, основные метрологические параметры эталона и порядок передачи размера единицы давления от специального эталона при помощи вторичных эталонов и образцовых средств измерений рабочим средствам измерений с указанием погрешностей и основных методов поверки.

## **1. ЭТАЛОНЫ**

### **1.1. Государственный специальный эталон**

1.1.1. Государственный специальный эталон предназначен для воспроизведения и хранения единицы давления для абсолютных давлений в диапазоне  $2,7 \cdot 10^2 \div 1300 \cdot 10^2$  Па и передачи размера единицы при помощи вторичных эталонов и образцовых средств измерений рабочим средствам измерений, применяемым в народном хозяйстве СССР, с целью обеспечения единства измерений в стране.

1.1.2. В основу измерений абсолютного давления в диапазоне  $2,7 \cdot 10^2 \div 4000 \cdot 10^2$  Па, выполняемых в СССР, должна быть поло-

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



©Издательство стандартов, 1977

жена единица, воспроизводимая указанным государственным эталоном.

1.1.3. Государственный специальный эталон состоит из комплекса следующих средств измерений:

два грузопоршневых манометра абсолютного давления;

специальная аппаратура для создания и поддержания измеряемого давления.

1.1.4. Диапазон значений давления, воспроизводимых эталоном, составляет  $2,7 \cdot 10^2 \div 1300 \cdot 10^2$  Па.

1.1.5. Государственный специальный эталон обеспечивает воспроизведение единицы со средним квадратическим отклонением результата измерений ( $S$ ), не превышающим 0,3 Па, при неисключенной систематической погрешности ( $\theta$ ), не превышающей 2 Па.

1.1.6. Для воспроизведения единицы давления для абсолютных давлений в диапазоне  $2,7 \cdot 10^2 \div 1300 \cdot 10^2$  Па с указанной точностью должны быть соблюдены правила хранения и применения эталона, утвержденные в установленном порядке.

1.1.7. Государственный специальный эталон применяют для передачи размера единицы давления эталонам сравнения непосредственным сличением.

## 1.2. Вторичные эталоны

1.2.1. В качестве эталонов сравнения применяют переносные грузопоршневые манометры абсолютного давления с диапазоном измерений  $670 \cdot 10^2 \div 1300 \cdot 10^2$  Па.

1.2.2. Средние квадратические отклонения результата поверки эталонов сравнения не должны превышать 0,5 Па.

1.2.3. Эталоны сравнения применяют для передачи размера единицы рабочим эталонам непосредственным сличением.

1.2.4. В качестве рабочих эталонов применяют грузопоршневые манометры абсолютного давления с диапазоном измерений  $2,7 \cdot 10^2 \div 1300 \cdot 10^2$  Па ( $2 \div 1000$  мм рт. ст.) и ртутные барокамеры с диапазоном измерений  $970 \cdot 10^2 \div 1050 \cdot 10^2$  Па ( $730 \div 790$  мм рт. ст.).

1.2.5. Средние квадратические отклонения результата поверки рабочих эталонов не должны превышать 1,3 Па.

1.2.6. Рабочие эталоны применяют для поверки образцовых средств измерений 1-го разряда непосредственным сличением.

## 2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

### 2.1. Образцовые средства измерений 1-го разряда

2.1.1. В качестве образцовых средств измерений 1-го разряда применяют грузопоршневые манометры абсолютного давления с диапазонами измерений  $2,7 \cdot 10^2 \div 2900 \cdot 10^2$  Па ( $2 \div 2200$  мм рт. ст.),  $2,7 \cdot 10^2 \div 1300 \cdot 10^2$  Па ( $2 \div 1000$  мм рт. ст.) и  $1300 \cdot 10^2 \div 4000 \cdot 10^2$  Па

(1000÷3000 мм рт. ст.) и грузопоршневые барометры с диапазоном измерений  $2,7 \cdot 10^2 \div 1040 \cdot 10^2$  Па (2÷780 мм рт. ст.).

2.1.2. Пределы допускаемых абсолютных погрешностей ( $\Delta$ ) образцовых средств измерений 1-го разряда составляют от 6,7 до 40 Па в зависимости от типа средства измерений и диапазона измерений.

2.1.3. Образцовые средства измерений 1-го разряда применяют для поверки образцовых средств измерений 2 и 3-го разрядов и рабочих средств измерений высшей точности непосредственным сличением.

2.2. Образцовые средства измерений 2-го разряда

2.2.1. В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда применяют грузопоршневые манометры абсолютного давления с диапазонами измерений  $670 \cdot 10^2 \div 1100 \cdot 10^2$  Па (500÷825 мм рт. ст.),  $2,7 \cdot 10^2 \div 1300 \cdot 10^2$  Па (2÷1000 мм рт. ст.) и  $1300 \cdot 10^2 \div 4000 \cdot 10^2$  Па (1000÷3000 мм рт. ст.) и ртутные барометры с диапазоном измерений  $880 \cdot 10^2 \div 1090 \cdot 10^2$  Па (880÷1090 мбар).

2.2.2. Пределы допускаемых абсолютных погрешностей образцовых средств измерений 2-го разряда составляют от 20 до 80 Па в зависимости от типа средства измерений и диапазона измерений.

2.2.3. Образцовые средства измерений 2-го разряда применяют для поверки образцовых средств измерений 3-го разряда и рабочих средств измерений повышенной точности непосредственным сличением.

2.2.4. Соотношение пределов допускаемых абсолютных погрешностей образцовых средств измерений 1 и 2-го разрядов при одном и том же значении давления должно быть не более 1:1,5.

2.3. Образцовые средства измерений 3-го разряда

2.3.1. В качестве образцовых средств измерений 3-го разряда применяют ртутные манометры абсолютного давления с диапазоном измерений  $2 \cdot 10^2 \div 1070 \cdot 10^2$  Па (2÷1070 мбар), ртутные барометры с диапазоном измерений  $570 \cdot 10^2 \div 1070 \cdot 10^2$  Па (570÷1070 мбар) и деформационные манометры абсолютного давления с диапазоном измерений  $10 \cdot 10^2 \div 1080 \cdot 10^2$  Па (8÷815 мм рт. ст.).

2.3.2. Пределы допускаемых абсолютных погрешностей образцовых средств измерений 3-го разряда составляют от 30 до 80 Па в зависимости от типа средства измерений и диапазона измерений.

2.3.3. Образцовые средства измерений 3-го разряда применяют для поверки рабочих средств измерений непосредственным сличением.

2.3.4. Соотношение пределов допускаемых абсолютных погрешностей образцовых средств измерений 2 и 3-го разрядов при одном и том же значении давления должно быть не более 1:1,5 при поверке ртутных средств измерений и не более 1:4 при поверке деформационных средств измерений.

Примечание. Допускают применение других образцовых средств измерений 1, 2 и 3-го разрядов, аттестованных органами Госстандарта СССР и соответствующих по точности заменяемым.

### 3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют деформационные барометры с диапазонами измерений  $580 \cdot 10^2 \div 1090 \cdot 10^2$  Па ( $580 \div 1090$  мбар) и  $400 \cdot 10^2 \div 1090 \cdot 10^2$  Па ( $400 \div 1090$  мбар), ртутные измерительные преобразователи атмосферного давления с диапазоном измерений  $680 \cdot 10^2 \div 1070 \cdot 10^2$  Па ( $680 \div 1070$  мбар), деформационные измерительные преобразователи атмосферного давления с диапазонами измерений  $450 \cdot 10^2 \div 1050 \cdot 10^2$  Па ( $450 \div 1050$  мбар),  $570 \cdot 10^2 \div 1090 \cdot 10^2$  Па ( $570 \div 1090$  мбар) и  $5 \cdot 10^2 \div 1060 \cdot 10^2$  Па ( $5 \div 1060$  мбар), деформационные манометры абсолютного давления с диапазонами измерений  $2,7 \cdot 10^2 \div 4000 \cdot 10^2$  Па ( $2 \div 3000$  мм рт. ст.) и  $200 \cdot 10^2 \div 1060 \cdot 10^2$  Па ( $150 \div 800$  мм рт. ст.), деформационные барометры и барографы с диапазоном измерений  $780 \cdot 10^2 \div 1060 \cdot 10^2$  Па ( $780 \div 1060$  мбар), ртутные барометры с диапазоном измерений  $680 \cdot 10^2 \div 1070 \cdot 10^2$  Па ( $680 \div 1070$  мбар), деформационные микробарометры и микробарографы с диапазоном измерений  $400 \cdot 10^2 \div 1060 \cdot 10^2$  Па ( $400 \div 1060$  мбар), ртутные манометры абсолютного давления с диапазоном измерений  $1,3 \cdot 10^2 \div 1250 \cdot 10^2$  Па ( $1 \div 930$  мм рт. ст.) и деформационные измерительные преобразователи абсолютного давления с диапазонами измерений  $0 \div 6000$  Па ( $0 \div 600$  кгс/м<sup>2</sup>) и  $0 \div 4000 \cdot 10^2$  Па ( $0 \div 40000$  кгс/м<sup>2</sup>).

3.2. Пределы допускаемых абсолютных погрешностей рабочих средств измерений составляют от 26 до 10000 Па в зависимости от типа средства измерений и диапазона измерений.

3.3. Соотношение пределов допускаемых абсолютных погрешностей образцовых и рабочих средств измерений при одном и том же давлении должно быть не более 1:1,5 при поверке ртутных средств измерений и не более 1:4 при поверке деформационных средств измерений.

В особых случаях значение соотношения согласовывают с органами Госстандарта СССР.







Редактор *Л. А. Бурмистрова*  
Технический редактор *В. Н. Прусакова*  
Корректор *И. Л. Асауленко*

Сдано в наб. 17.12.76 Подп. к печ. 25.01.77 0,5 в. л. + вкл. 0,5 0,29 уч.-изд. л.  
+ вкл. 0,31 уч.-изд. л. Тир. 12000 Цена 3 коп.

Орден «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, Д-537, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 7



ГОСТ 8.223-76, Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная ...  
State system for ensuring the uniformity of measurements. State special standard and all-union verification for means measuring absolute pressure within the ra

# МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ (СИ)

В е л и ч и н а	Е д и н и ц а		
	Наименование	Обозначение	
		русское	международное
ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ			
ДЛИНА	метр	м	m
МАССА	килограмм	кг	kg
ВРЕМЯ	секунда	с	s
СИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА	ампер	А	A
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРА КЕЛЬВИНА	кельвин	К	K
СИЛА СВЕТА	кандела	кд	cd
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ			
Плоский угол	радиан	рад	rad
Телесный угол	стерадиан	ср	sr
ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ			
Площадь	квадратный метр	м <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
Объем, вместимость	кубический метр	м <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
Плотность	килограмм на кубический метр	кг/м <sup>3</sup>	kg/m <sup>3</sup>
Скорость	метр в секунду	м/с	m/s
Угловая скорость	радиан в секунду	рад/с	rad/s
Сила; сила тягловости (авс)	ньютон	Н	N
Давление; механическое напряжение	паскаль	Па	Pa
Работа; энергия; количество теплоты	джоуль	Дж	J
Мощность; тепловой поток	ватт	Вт	W
Количество электричества; электрический заряд	кулон	Кл	C
Электрическое напряжение, электрический потенциал, разность электрических потенциалов, электродвижущая сила	вольт	В	V
Электрическое сопротивление	ом	Ом	Ω
Электрическая проводимость	сименс	См	S
Электрическая емкость	фарад	Ф	F
Магнитный поток	вебер	Вб	Wb
Индуктивность, взаимная индуктивность	генри	Г	H
Удельная теплоемкость	джоуль на килограмм-кельвин	Дж/(кг·К)	J/(kg·K)
Теплопроводность	ватт на метр-кельвин	Вт/(м·К)	W/(m·K)
Световой поток	люмен	лм	lm
Яркость	кандела на квадратный метр	кд/м <sup>2</sup>	cd/m <sup>2</sup>
Освещенность	люкс	лк	lx

## КОЭФФИЦИЕНТЫ И ПРИСТАВКИ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕСЯТИЧНЫХ КРАТНЫХ И ДОЛЬНЫХ ЕДИНИЦ И ИХ НАЗНАЧЕНИЙ

Множитель, на который умножается единица	Приставка	Обозначение		Множитель, на который умножается единица	Приставка	Обозначение	
		русское	международное			русское	международное
10 <sup>12</sup>	тера	Т	T	10 <sup>-1</sup>	(санти)	с	c
10 <sup>9</sup>	гига	Г	G	10 <sup>-2</sup>	милли	м	m
10 <sup>6</sup>	мега	М	M	10 <sup>-3</sup>	микро	мк	μ
10 <sup>3</sup>	кило	к	k	10 <sup>-4</sup>	нано	н	n
10 <sup>2</sup>	(гекто)	г	h	10 <sup>-5</sup>	пико	п	p
10 <sup>1</sup>	(дека)	да	da	10 <sup>-6</sup>	фемто	ф	f
10 <sup>0</sup>	(деци)	д	d	10 <sup>-9</sup>	атто	а	a

Примечание: В скобках указаны приставки, которые допускается применять только в наименованиях кратных и дольных единиц, уже введенных в широком распространении (гектогектар, гектолитр, декалитр, сантилитр, сантиметр).

ГОСТ 8.223-76, Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная ...

State system for ensuring the uniformity of measurements. State special standard and all-union verification for means measuring absolute pressure within the ra